

单一来源采购方式专业人员论证意见汇总

项目信息	项目名称: DSA球管原厂紧急维修
	供应商名称: 上海麦奥医疗器械有限公司
专业人员论证意见	因飞利浦 DSA球管的核心技术有严格的专利保护,且 DSA球管直接影响整套主机的造影图像,为 DSA核心部件。球管与主机采用私有化通信协议及物理接口,第三方无法获取或替代,经过专家论证一致建议采用单一来源方式。
专业人员签字	
日期:	2025 年 2 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王雪	
	职称: 主任医师 (放射介入科主任)	
	工作单位: 连云港市如东保健医院	
项目信息	项目名称: DSA球管原厂应急维修	
	供应商名称: 上海麦奥医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 因飞利浦 DSA 球管为文港渡辐射部件, 非原厂维修可能因密封偏差导致辐射泄漏或剂量超标, 违反《医用 X 射线诊断设备安全管理条例》及 GB 9706.1 医用电气安全标准, 原厂维修可确保符合国家强制认证 (如 NMPA 注册证), 故单一来源。	
专业人员签字	王雪	日期: 2024 年 2 月 24 日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 侯毓杰	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 连云港市第一人民医院	
项目信息	项目名称: DSA 球管原厂应急维修	
	供应商名称: 上海麦奥医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) DSA球管会直接影响血管造影图像清晰段,为血管造影机的核心部件。飞利浦 DSA球管与主机采用私有化通信协议和物理接口,非原厂配件可能产生兼容性故障引起图像质量下降,极易引发误诊风险,建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	侯毓杰	日期 2025 年 2 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李家靖	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 连云港市第二人民医院	
项目信息	项目名称: DSA球管原厂售后服务	
	供应商名称: 上海麦奥医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 因飞利浦DSA球管的核心技术有严格的专利保护,其设计参数,加密协议仅原厂掌握,第三方无法获取授权或仿制。球管与主机采用加密通信协议和物理接口,非原厂配件不能有效匹配,影响整机运行。其辐射剂量较低,图像质量校正及性能验证无法通过第三方获取。 故建议采用单一来源方式。	
专业人员签字		日期: 2025 年 12 月 16 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



姓 名 王 雪

性 别 女

身份证号 320722197212090822

工作单位 连云港市妇幼保健院

编 号 201800603714



经 江苏省卫生专业人员
高级专业技术资格评审委员会于
2018年12月7日 评审,王 雪
已具备 主任医师 资格。

公布文号:苏人社发〔2018〕372号



江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：候毓杰

性别：男

出生年月：1984-09-12

身份证号：320322198409125315

工作单位：连云港市第一人民医院



评委会名称：江苏省卫生高级专业技术资格评审委员会

资格名称：副主任技师

系列(专业)：卫生技术

专业(学科)：临床医学工程技术(技)

证书号：243200000061242695

取得资格时间：2024-12-02

文件号：苏卫人〔2024〕21号



在线证书信息





姓 名 李家靖

性 别 男

出生年月 1975.09

工作单位 连云港市第二人民医院

编 号 12100025

经 江苏省电子信息工程

高级专业技术资格评审委员会于
2012年10月17日评审，李家靖
已具备高级工程师 资格。

